



महाराष्ट्र शासन

ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे.

यंत्रसामुग्री खरेदी विभाग

जयप्रकाश नारायण रोड, पुणे रेल्वे स्टेशन जवळ, पुणे-४११ ००१

दुरध्वनी क्र. २६१२८००० Ext 2306

संकेतस्थळ- <http://www.bjmcpcune.org>

फॅक्स क्र. २६१२६८६८

जा.क्र.ससरु/दरपत्रक/खवि/डीपीडीसी-२४-२५/१०८३/२५

दिनांक:- ०४/०३/२०२५

Notice Board/ Online Quotation

विषय :- जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधीमधून प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मिळालेल्या यंत्रसामुग्रीची संस्थास्तरावर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत.

ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथे विविध विभागामधील रुग्णसेवेकरीता आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक खालील अटीचे अधिन राहून सर्व जीएसटी करांसहित या कार्यालयात बंद पाकिटात खाली नमूद केलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत मा. अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. यांचे नावे सादर करावे.

दरपत्रक सादर करण्याचा अंतिम दिनांक :- १२ / ०३ / २०२५

अक्र	विभाग/यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्रीचे नाव/स्पेसिफिकेशन	नग संख्या
१	नेत्रशल्यचिकीत्साशास्त्र विभाग /AB Scan	१
A Scan Specification		
Ultra Sound Probe A scan	10MHz with Fixation light	
Gain	1 to 100%	
Scan Method	Contact and immersion	
Scan Mode	Manual and Auto	
Range	15mm to 45mm	
Accuracy	+/- 0.05 mm preferred	
Measurement	Up to 10 scan per eye preferred	
IOL Formulas	SRKII, SRK T, Holladay I, Binhorst II , Haigis, Hoffer Q	
Lens type	Aphakic, Dense Cataract, Phakic, Pseudo Phakic, Silicone Oil	
Refraction Formulas	Clinical history method , contact lens, rosa, SRK-T-Shammas	
B Scan Specification		
Ultra Sound Probe B scan	12MHz (Optional 10 MHz – 20MHz)	
Axial Resolutions	100 to 300 microns	
Lateral resolution	200-500 microns	
Depth	20-60MM	
Scan Angle	30-60 degrees	
Gain	-128-to +128	
TGC	Auto, near, mid ,far	
Vector density	256 vector x2048 points/vector	
Image	Gray scale real time image is required	
A/B scan capability	A scan vector should be available as overlay on B mode images	
Other tools	Probe orientation ,arrow mark, text annotation should be available	

Velocity	Adjustable with tissue being screened	
Display	High resolution LED (Optional HDMI)Compatible with A scan support with Mandatory video recording system (10 to 100 sec.)	
Patients Record	Name, MRD, Gender, DOB, Dr commentsData exportingAbove features Should be available Up to 100 patients	
Printer	Any PC support standard printer (laser)	
२	स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग /Ventouse Machine -It should operate at High vacuum suction, It should be Mobile on castor wheels, It should have Adjustable suction It should have a facility of Overflow protection, It should have a Vacuum pressure: -700 +/-10mm Hg (0.85 kPa) Suction capacity: 40 l/minute, regulable. Type of pump: Piston pump It should come with different size of suction cups silicone Foot control pedal (on/off)	२

अटी व शर्ती

- १) सदर साहित्याची किंमत जीएसटी करासहीत नुमद करावी.
- २) दरपत्रके मोहोरबंद पाकिटातच सादर करावी. दरपत्रकाच्या पाकिटावर या कार्यालयाचा पत्र क्रमांक, दिनांक, वस्तुचे नाव व दरपत्रक स्विकृतीचा अंतिम दिनांक नमूद करावा.
- ३) दरपत्रके स्विकारण्याचे अथवा रद्द करण्याचे सर्व अधिकार या संस्थेने राखून ठेवले आहेत.



अधिष्ठाता,
ससुन सर्वोपचार रुग्णालय,पुणे.